


iDAScore™

Manuale dell'utente



Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Convenzioni usate in questo manuale.....	3
1.2	Avvisi e restrizioni importanti.....	3
1.3	Raccomandazioni generali per la sicurezza informatica	4
1.4	Scopo di iDAScore	4
1.5	Uso previsto	5
1.6	Indicazioni per l'uso.....	5
1.7	Utilizzatori previsti	5
1.8	Beneficio clinico	5
1.9	Soluzioni proposte	5
1.10	Requisiti per l'uso di iDAScore	6
2	Vitrolife Technology Hub.....	6
2.1	Uso previsto.....	6
2.2	Uso di Vitrolife Technology Hub	7
3	iDAScore – funzionalità di base	9
4	Punteggio assegnato agli embrioni	11
5	Selezione degli embrioni	12
5.1	Immagini, video time-lapse e annotazioni.....	13
6	Finalizzazione e creazione di un referto	15
7	Simboli ed etichette	20
8	Smaltimento dei materiali di scarto	20
9	Informazioni di contatto.....	21

CohortView, CulturePro, EmbryoScope, EmbryoSlide, EmbryoViewer, Guided Annotation, iDAScore e KIDScore sono marchi o marchi registrati di Vitrolife Group.

©2022 Vitrolife A/S. Tutti i diritti riservati.

1 Introduzione

Il presente manuale dell'utente fornisce informazioni relative all'utilizzo di iDAScore, che è progettato per identificare automaticamente gli embrioni con la più elevata probabilità di impianto.

Nel manuale dell'utente tutti i riferimenti a "EmbryoScope" indicano gli incubatori time-lapse EmbryoScope+, EmbryoScope Flex ed EmbryoScope 8. Tutti i riferimenti a "EmbryoSlide" indicano le piastre per coltura EmbryoSlide+, EmbryoSlide+ ic8 ed EmbryoSlide Flex.

Tutte le immagini delle schermate in questo manuale dell'utente mostrano la versione inglese del software. Le traduzioni sono fornite nel testo di accompagnamento, ove pertinente.

1.1 Convenzioni usate in questo manuale

RESTRIZIONI D'USO: funzioni o azioni riservate a persone o finalità specifiche, oppure vincoli normativi che DEVONO essere rispettati quando si utilizza iDAScore.

AVVISI: condizioni o azioni che, qualora le istruzioni venissero ignorate, potrebbero dare origine a dati errati o a perdite irreversibili di dati.

ATTENZIONE: indica informazioni importanti necessarie prima o durante l'utilizzo di iDAScore.

NOTE: spiegazioni o informazioni aggiuntive fornite a scopo di chiarimento.

1.2 Avvisi e restrizioni importanti

Tutti gli utenti di iDAScore devono leggere e comprendere questo manuale dell'utente, rispettare le restrizioni d'uso e leggere i seguenti avvisi.

Gli utenti devono contattare immediatamente Vitrolife per segnalare eventuali incidenti e/o lesioni alla paziente, all'operatore o al personale addetto alla manutenzione verificatisi in seguito all'utilizzo diretto o indiretto del dispositivo e dell'hardware associato. Qualsiasi incidente grave avvenuto in relazione al dispositivo deve essere comunicato all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente.

RESTRIZIONI D'USO
<ul style="list-style-type: none">• Tutti i diritti relativi a iDAScore appartengono a Vitrolife A/S. L'installazione e l'utilizzo di iDAScore sono soggetti ai termini del contratto di licenza con l'utente finale.• Non è consentito copiare, modificare, decompilare, decodificare, disassemblare o convertire iDAScore né cedere, trasferire, vendere, affittare o dare in locazione iDAScore a terze parti.

AVVISO

- iDAScore assegna un punteggio a ciascun embrione. Gli embrioni con i punteggi più bassi hanno statisticamente le probabilità più basse di impianto, mentre gli embrioni con i punteggi più alti hanno statisticamente le migliori probabilità di impianto. La decisione riguardo a quali embrioni trasferire, congelare o evitare deve sempre essere effettuata dall'utente dopo una valutazione della qualità di tutti gli embrioni pertinenti.

ATTENZIONE

- iDAScore non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti e specificati da Vitrolife A/S, in quanto tale utilizzo può portare a decisioni errate da parte dell'embriologo.

NOTA

- Tutti i nomi e i dati terapeutici presentati in questo manuale sono interamente fittizi.

1.3 Raccomandazioni generali per la sicurezza informatica

Si raccomanda e ci si aspetta che gli utenti prendano le seguenti misure per ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica e per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo all'interno dell'ambiente utente previsto:

- assicurarsi che il personale sia formato adeguatamente sul tema della consapevolezza della sicurezza informatica;
- prevenire l'accesso fisico all'apparecchiatura agli utenti non autorizzati;
- usare password sicure (composte da almeno otto caratteri e che includano lettere maiuscole e minuscole, numeri e almeno un carattere speciale).

Gli utenti devono informare tempestivamente Vitrolife A/S non appena si accorgono di incidenti informatici e vulnerabilità relative alla sicurezza informatica o se rilevano eventi sospetti relativi alla sicurezza.

Per informazioni dettagliate su come ridurre il rischio correlato alla sicurezza informatica, consultare la guida separata su questo argomento fornita da Vitrolife.

1.4 Scopo di iDAScore

iDAScore è progettato per identificare automaticamente gli embrioni con la più elevata probabilità di impianto. Costituisce un'aggiunta al processo decisionale clinico: la valutazione e la decisione finali spettano al professionista medico.

iDAScore assegna un punteggio a ciascun embrione mediante un algoritmo di apprendimento profondo basato su reti neurali, per prevedere la vitalità degli embrioni in coltura in un sistema time-lapse EmbryoScope. Le informazioni utilizzate per assegnare il punteggio agli embrioni provengono da ES server. ES server riceve i dati delle immagini dagli EmbryoScope collegati.

ATTENZIONE
<ul style="list-style-type: none">iDAScore assegna un punteggio a ciascun embrione. Questo punteggio può fungere da supporto, ma non potrà mai sostituire la decisione dell'embriologo.

iDAScore rientra nella classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici ed è conforme ai requisiti di tale regolamento.

1.5 Uso previsto

Il dispositivo valuta lo sviluppo iniziale dell'embrione attraverso i video time-lapse acquisiti, a supporto della selezione degli embrioni. Il dispositivo assegna un punteggio a ogni embrione, che identifica gli embrioni con la più elevata probabilità di impianto. Costituisce un'aggiunta al processo decisionale clinico: la valutazione e la decisione finali spettano al professionista medico.

1.6 Indicazioni per l'uso

iDAScore è destinato a essere utilizzato per la valutazione degli embrioni delle pazienti sottoposte a FIV. iDAScore deve essere utilizzato unitamente a un sistema time-lapse EmbryoScope.

1.7 Utilizzatori previsti

Embriologi, personale di laboratorio e staff clinico presso cliniche di FIV.

1.8 Beneficio clinico

Come accessorio ad un dispositivo medico, iDAScore fornisce il vantaggio clinico indiretto di migliorare il processo decisionale, attraverso il supporto nella scelta degli embrioni incubati nell'incubatore (o negli incubatori) connessi al sistema.

1.9 Soluzioni proposte

Attualmente non vi sono anomalie note in iDAScore.

1.10 Requisiti per l'uso di iDAScore

Per poter utilizzare iDAScore è necessario disporre di:

- EmbryoScope
- Software EmbryoViewer
- Vitrolife Technology Hub
- ES server con un file di licenza valido installato. La configurazione hardware del server deve includere una scheda grafica e un disco rigido SSD.

Inoltre, la qualità dei video time-lapse è importante. Si deve assicurare che:

- L'embrione sia stato correttamente denudato e sia privo, ad esempio, di cellule del cumulo
- L'intero embrione sia visibile all'avvio dell'acquisizione dell'immagine.
- L'embrione sia centrato nel pozzetto e a fuoco per l'intero periodo di coltura
- Nel pozzetto non siano presenti bolle d'aria.

AVVISO
<ul style="list-style-type: none">• iDAScore non è stato validato a sufficienza per l'uso nei trattamenti con coltura embrionale interrotta. La coltura interrotta comprende la schiusa laser al giorno 3 e 4 e la continuazione della coltura dopo il collasso artificiale della blastocisti ai fini della vitrificazione. Questi punteggi devono essere interpretati attentamente. Le manipolazioni standard, come i cambi di terreno, non costituiscono una coltura interrotta.

2 Vitrolife Technology Hub


Vitrolife Technology Hub è la piattaforma da cui si accede ai moduli utilizzati nella propria clinica. È classificato come classe I secondo e in conformità ai requisiti del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

2.1 Uso previsto

Vitrolife Technology Hub è una piattaforma software utilizzata per eseguire moduli software destinati a supportare o a essere utilizzati come parte del trattamento di fertilità.


2.2 Uso di Vitrolife Technology Hub

Per utilizzare un modulo in Vitrolife Technology Hub, fare doppio clic sul collegamento a Vitrolife Technology Hub sul desktop o lanciare il programma dal menu di avvio di Windows. Accedere con il proprio nome utente e password di EmbryoViewer. Sarà ora visualizzato il pannello di controllo di Vitrolife Technology Hub con i moduli utilizzati nella propria clinica.



Fare clic su un modulo per aprirlo. Se si apre più di un modulo, ciascun modulo si aprirà in una nuova scheda. È possibile chiudere una scheda aperta facendo clic sulla X.

L'icona delle impostazioni accanto al pulsante **Log out** (Disconnetti) consente di accedere alle impostazioni del sistema e del modulo.



In **System Settings** (Impostazioni del sistema), è possibile scegliere tra le lingue di visualizzazione disponibili nell'elenco a discesa **Language** (Lingua), impostare il periodo di inattività dopo il quale avviene la disconnessione automatica degli utenti in **Automatic Logout After Inactivity** (Disconnessione automatica dopo un periodo di inattività) e vedere la versione della piattaforma corrente in **Platform Version** (Versione piattaforma). È inoltre possibile consultare le informazioni su Vitrolife Technology Hub.

In **Module Settings** (Impostazioni del modulo) è possibile visualizzare la versione corrente di un modulo specifico. Per alcuni moduli, è possibile visualizzare anche altri dettagli, come il numero di riferimento e il codice UDI (Unique Device Identification). Fare clic sulla freccia accanto al nome del modulo per aprire o chiudere queste informazioni.

Se si desidera visualizzare il contratto di licenza con l'utente finale, fare clic sull'icona nell'angolo superiore destro dello schermo. Il contratto verrà visualizzato nella lingua selezionata nell'elenco a discesa **Language** (Lingua). Fare clic sul pulsante **Close** (Chiudi) o sulla X nell'angolo in alto a destra per chiudere il contratto.

Fare clic sul link **Dashboard** (Pannello di controllo) per tornare al pannello di controllo.

3 iDAScore – funzionalità di base

Quando si apre iDAScore per la prima volta, la pagina iniziale non contiene informazioni.

The screenshot displays the iDAScore application interface. At the top, there is a header bar with a home icon, the text 'iDAScore', and a close button. Below the header, a status bar indicates '✓ Last Saved 03/12/2021 09:58'. The main interface is divided into two primary sections: 'Patient' on the left and 'Embryos' on the right. The 'Patient' section contains a search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Search'. Below the search bar are four input fields: 'First Name' (with a person icon), 'Last Name', 'Date of Birth' (with a calendar icon), and 'Patient ID' (with an ID card icon). A three-dot menu button is located at the bottom of the 'Patient' section. The 'Embryos' section features a 'Finalise' button and a 'Make a Decision' section with three icons: a green checkmark, a blue snowflake, and a red X. Below these icons are two labels: 'Pronuclei' and 'Decision', each followed by a dropdown arrow. The 'Embryos' section also includes a filter bar with 'Embryo' (dropdown), 'Score' (dropdown), 'Fresh' (radio button), and 'All' (radio button).

Inserire il nome della paziente, un ID paziente o un ID trattamento nel campo di ricerca sul lato sinistro dello schermo per cercare una paziente o un trattamento specifico.

I campi **First Name** (Nome), **Last Name** (Cognome), **Date of Birth** (Data di nascita) e **Patient ID** (ID paziente) vengono riempiti automaticamente con i dati della paziente, mentre i punteggi per gli embrioni della paziente sono calcolati e visualizzati sul lato destro dello schermo. Selezionare **Fresh** (Freschi) per vedere solo i punteggi per gli embrioni freschi oppure **All** (Tutti) per vedere i punteggi sia degli embrioni freschi sia degli embrioni congelati. Gli embrioni freschi sono quelli la cui inseminazione è avvenuta negli ultimi 10 giorni.

The screenshot displays the iDAScore software interface. On the left, the 'Patient' section shows details for Sophia Brown - 005, including First Name, Last Name, Date of Birth (01/02/1990), and Patient ID (005). Below this is a button with three dots. The main area is titled 'Embryos' and features a 'Finalise' button and a 'Make a Decision' section with three icons: a green checkmark, a blue snowflake, and a red X. The embryo list is sorted by ID (AB-1 to AB-9) and includes columns for Embryo ID, Score, Fresh status, All status, Pronuclei count, and Decision status. Each row shows a progress bar for the score and an eye icon for the decision status.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-1	1.4				
AB-2	1.5				
AB-3	1.5				
AB-4	-			1 PN !	
AB-5	7.4				
AB-6	2.0				
AB-7	8.2				
AB-8	8.1				
AB-9	1.6				

È possibile ordinare i calcoli per ID embrione, punteggio o numero di pronuclei. Se è stata presa una decisione riguardo gli embrioni (vedere la sezione 5), è possibile ordinare anche per decisione. Fare clic una volta sul titolo corrispondente per ordinare i dati in modo decrescente oppure due volte per ordinarli in modo crescente. Come impostazione predefinita, i calcoli sono visualizzati per ID embrione in ordine crescente. Se si modifica l'ordinamento, la vista tornerà all'ordinamento predefinito la prossima volta che si apriranno i dati della paziente.

Se si desidera visualizzare informazioni dettagliate sul paziente e sul trattamento o applicare un modello di punteggio agli embrioni del paziente, è possibile farlo nel software EmbryoViewer. Consultare il manuale dell'utente di EmbryoViewer per ulteriori informazioni su queste funzioni.

Fare clic sul pulsante con i tre punti in basso a sinistra dello schermo per passare direttamente al software EmbryoViewer o a un altro modulo in Vitrolife Technology Hub. Selezionare un'opzione dall'elenco visualizzato quando si fa clic sul pulsante. I dati del paziente attualmente selezionato si apriranno automaticamente nel software EmbryoViewer o nel modulo selezionato.



4 Punteggio assegnato agli embrioni

A tutti gli embrioni viene assegnato un punteggio numerico compreso tra 1,0 e 9,9; la barra del punteggio appare di colore grigio scuro fino a quando non viene presa una decisione per l'embrione (vedere la sezione 5). Se non è possibile calcolare alcun punteggio, la barra del punteggio appare di colore grigio chiaro. Posizionare il cursore sul trattino nella colonna **Score** (Punteggio) per vedere ulteriori dettagli.



ATTENZIONE

- Perché possa essere calcolato un punteggio, la piastra per coltura deve essere inserita nell'incubatore non oltre 24 ore dopo l'inseminazione.
- Non viene visualizzato alcun punteggio se sono passate meno di 39 ore dall'inseminazione.

I punteggi vengono visualizzati il giorno 2, il giorno 3, il giorno 5 e il giorno 6 della coltura. Per visualizzare i punteggi il giorno 2, devono essere trascorse almeno 39 ore dall'inseminazione. I punteggi vengono quindi calcolati continuamente ogni volta che si aprono i dati paziente fino a 84 ore dopo l'inseminazione (giorno 3). Dopo questo periodo, non vengono calcolati punteggi fino ad almeno 108 ore dopo l'inseminazione (giorno 5).

Non vengono visualizzati punteggi nel giorno 1 e nel giorno 4, cioè meno di 39 ore dopo l'inseminazione e tra 85 e 107 ore dopo l'inseminazione.

In sintesi, i punteggi sono visualizzati come segue durante il periodo della cultura:

- Giorno 1 (meno di 39 ore dopo l'inseminazione): non vengono visualizzati punteggi.
- Giorno 2 e 3 (39-84 ore dopo l'inseminazione): i punteggi vengono calcolati in modo continuo.
- Giorno 4 (85-107 ore dopo l'inseminazione): non vengono visualizzati punteggi.
- Giorno 5 e 6 (108-148 ore dopo l'inseminazione): i punteggi vengono calcolati in modo continuo.

Gli embrioni con i punteggi più alti hanno statisticamente le migliori probabilità di impianto. La decisione finale su quali embrioni trasferire, congelare o evitare deve essere sempre presa dall'embriologo dopo aver considerato attentamente ogni embrione. I punteggi possono supportare tale decisione, ma non possono mai servire da sostituto.

Se un embrione non ha due pronuclei (PN), non viene visualizzato alcun punteggio per l'embrione e il valore PN viene visualizzato in **Pronuclei** (Pronuclei) con un simbolo di avviso (!). È possibile modificare il valore PN manualmente, se necessario (vedere la sezione 5.1).



Se non è disponibile una stima dei PN e il valore PN non è stato annotato, o è stato annotato come **NA**, viene visualizzato un punteggio per l'embrione e un simbolo di avviso appare in **Pronuclei** (Pronuclei). Posizionare il cursore sul simbolo dell'avviso per vedere ulteriori dettagli.



5 Selezione degli embrioni

Quando vengono visualizzati i punteggi degli embrioni per una paziente, è possibile utilizzare i pulsanti di decisione in **Make a Decision** (Prendere una decisione) per indicare quali embrioni trasferire (icona verde), congelare (icona blu) o evitare (icona rossa). Il pulsante di decisione con l'icona verde è utilizzato per selezionare gli embrioni sia freschi sia congelati per il trasferimento. Facendo clic su uno dei pulsanti, l'icona corrispondente seguirà il cursore e una casella di controllo comparirà in **Decision** (Decisione) per tutti gli embrioni. Fare clic sulla casella di controllo per tutti gli embrioni ai quali si desidera applicare la decisione. Fare clic di nuovo sullo stesso pulsante di decisione per riportare il cursore al suo uso normale, oppure fare clic su uno degli altri pulsanti di decisione per applicare un'altra decisione a uno o più embrioni.

Se si desidera annullare una decisione, fare clic sul pulsante di decisione pertinente e poi sulla casella di controllo per l'embrione in questione. In questo modo, la casella di controllo sarà deselezionata.

Quando si applica una decisione a un embrione, la barra del punteggio dell'embrione cambia colore di conseguenza. Per gli embrioni selezionati per il trasferimento fresco, la barra del punteggio diventa verde. Per gli embrioni selezionati per il congelamento diventa verde, mentre per gli embrioni congelati selezionati per il trasferimento diventa viola. Per gli embrioni che sono stati contrassegnati come da evitare, l'intera riga appare in grigio.


AB-5	7.4	<div></div>			
AB-6	2.0	<div></div>			
AB-7	8.2	<div></div>			
AB-8	8.1	<div></div>			

5.1 Immagini, video time-lapse e annotazioni

iDAScore consente di visualizzare le immagini degli embrioni e i video time-lapse come supporto decisionale. Per vedere l'ultima immagine acquisita di un embrione, posizionare il cursore sul simbolo dell'occhio senza fare clic sul simbolo.



I commenti aggiunti vengono visualizzati accanto all'immagine e l'ora di acquisizione dell'immagine viene visualizzata nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine. Il tempo di acquisizione dell'immagine corrisponde al numero di ore dall'inseminazione (hpi).



Se si desiderano vedere ulteriori dettagli dell'embrione, fare clic sul simbolo della freccia. A questo punto si apre una nuova pagina con informazioni aggiuntive e opzioni.

✓ Last Saved 03/12/2021 11:11

Patient Overview

First Name: Sophia, Last Name: Brown

Date of Birth: 01/02/1990, Patient ID: 005

AB-7

Treatment: X9X92020

Score: 8.2, PN: 2

Comment:

Make a Decision: ☒ ☐ ☐

EmbryoViewer: Annotation

AB-7

117.3hpi

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

Nella parte sinistra della pagina, è possibile vedere i dettagli della paziente e il punteggio presente nella pagina precedente. È possibile anche vedere a quale trattamento appartiene l'embrione e il numero di pronuclei (PN). Un simbolo di avviso (!) compare accanto al campo **PN** nel caso in cui non sia disponibile una stima dei PN e il numero di pronuclei non sia stato annotato. Se si desidera modificare il numero di pronuclei, è possibile farlo direttamente nel campo **PN**. La modifica si rifletterà automaticamente nel software EmbryoViewer. Nel campo **Comments** (Commenti) sotto queste informazioni è possibile inserire un commento, se pertinente. I pulsanti di decisione presenti nella pagina precedente sono disponibili anche qui.

Se si desidera eseguire delle annotazioni, o visualizzare le annotazioni esistenti nel software EmbryoViewer, fare clic sul pulsante **EmbryoViewer: Annotation** (EmbryoViewer: Annotazione) per andare direttamente alla pagina **Annotate** (Annotazione) nel software EmbryoViewer. Per maggiori informazioni sulle annotazioni, consultare il manuale dell'utente di EmbryoViewer. Fare clic sul pulsante **Vitrolife Technology Hub** nel software EmbryoViewer per tornare a iDAScore.

Sul lato destro della pagina è possibile riprodurre un video in time-lapse dell'embrione. Utilizzare i pulsanti di riproduzione sotto il video per riprodurre o mettere in pausa il video (pulsante centrale) o per spostare un'immagine indietro (pulsante sinistro) o avanti (pulsante destro). È inoltre possibile trascinare il cursore o fare clic in qualsiasi punto della barra orizzontale sotto il video per andare a un momento specifico. Se si preferisce usare la tastiera, premere la freccia sinistra o destra per spostarsi di un'immagine rispettivamente indietro o avanti. Questo è utile se si desidera controllare dettagli specifici. Premere e tenere premute le frecce per fare retrocedere o avanzare il video ad alta velocità, oppure premere la barra spaziatrice per avviare o arrestare il video in qualsiasi momento.


I due cursori accanto ai pulsanti di riproduzione possono essere utilizzati per regolare la luminosità (cursore superiore) e il contrasto (cursore inferiore) del video.

Per modificare il piano focale, trascinare il cursore o fare clic in qualsiasi punto sulla barra verticale a destra del video. In alternativa, utilizzare i tasti freccia su e giù della tastiera.

Una volta riesaminati i dettagli dell'embrione, fare clic sul link **Patient Overview** (Panoramica paziente) per tornare alla pagina di panoramica. Eventuali modifiche o commenti vengono salvati automaticamente.


6 Finalizzazione e creazione di un referto

Una volta presa una decisione per tutti gli embrioni pertinenti, fare clic sul pulsante **Finalise** (Finalizza). A questo punto viene richiesto di selezionare una data. Selezionare una data sul calendario visualizzato e fare clic su **Confirm** (Conferma). La data predefinita è quella attuale.




The screenshot shows a 'Choose Date' modal window. At the top, it says 'Choose Date' with a close button (X) on the right. Below this, there are navigation arrows and the text 'December 2021'. The calendar grid displays the days of the month. The 3rd of December is highlighted with a blue circle. At the bottom of the calendar, there is a green button labeled 'Confirm'.


Viene visualizzato un referto decisionale sull'embrione per tutti gli embrioni oggetto di decisione. Sulla prima pagina di questo referto è possibile vedere quanti embrioni sono stati selezionati per il trasferimento fresco, per il congelamento, per il trasferimento di embrioni congelati (FET) o evitati.


03/12/2021

Embryo Decision Report

 **First Name**
Sophia





Last Name
Brown

 **Date of Birth**
01/02/1990

 **Patient ID**
005


Summary

Decision Date 03/12/2021 **iDAScore version** 2.0.2

Decision	Number
 Transfer	1
 Freeze	4
 FET	0
 Avoid	10

Close

Save



La pagina o le pagine successive contengono i dettagli degli embrioni finalizzati e la piastra per coltura e lo strumento in cui sono stati incubati. Verrà generata una pagina per ogni piastra per coltura contenente embrioni finalizzati. L'illustrazione mostra quali pozzetti nella piastra per coltura contenevano embrioni selezionati per il trasferimento (verde), embrioni selezionati per il congelamento (blu) ed embrioni contrassegnati come da evitare (grigi).



First Name
Sophia

Last Name
Brown





Date of Birth
01/02/1990



Patient ID
005

Culture Dish AA**Treatment** Y2Y22020**Dish ID** D2000.01.01_S10005_I0001_P**Instrument** ES+ 0001**Hours Past Insemination** 120.8

Embryo	iDAScore	Decision
AA-3	7.5	● Freeze
AA-4	8.7	● Freeze



First Name
Sophia

Last Name
Brown





Date of Birth
01/02/1990




Patient ID
005


Culture Dish AB**Treatment** X9X92020**Dish ID** D2000.01.01_S10006_I0002_P**Instrument** ES+ 0002**Hours Past Insemination** 117.4

Embryo	iDAScore	Decision
AB-5	7.4	● Freeze
AB-7	8.2	● Transfer
AB-8	8.1	● Freeze




Nella pagina successiva del report, tutti gli embrioni contrassegnati come da evitare sono elencati con il trattamento, l'ID della piastra per coltura e il numero del pozzetto.


03/12/2021




First Name
Sophia

Last Name
Brown



Date of Birth
01/02/1990





Patient ID
005

Avoid

Treatment	Dish ID	Well
Y2Y2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	1
Y2Y2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	2
Y2Y2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	5
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	1
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	2
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	3
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	4
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	6
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	9
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	10


La pagina finale del report contiene una panoramica delle decisioni con i punteggi e le decisioni per tutti gli embrioni.


03/12/2021




First Name
Sophia

Last Name
Brown




Date of Birth
01/02/1990



Patient ID
005



Decision overview


Treatment	Embryo	iDAScore	Hours Past Insemination	Decision
Y2Y2_2020	AA-1	1.7	120	● Avoid
Y2Y2_2020	AA-2	-	120	● Avoid
Y2Y2_2020	AA-3	7.5	120	● Freeze
Y2Y2_2020	AA-4	8.7	120	● Freeze
Y2Y2_2020	AA-5	1.9	120	● Avoid
X9X9_2020	AB-1	1.4	117	● Avoid
X9X9_2020	AB-2	1.5	117	● Avoid
X9X9_2020	AB-3	1.5	117	● Avoid
X9X9_2020	AB-4	-	117	● Avoid
X9X9_2020	AB-5	7.4	117	● Freeze
X9X9_2020	AB-6	2.0	117	● Avoid
X9X9_2020	AB-7	8.2	117	● Transfer
X9X9_2020	AB-8	8.1		

Close
Save




Fare clic su **Close** (Chiudi) per chiudere il report, oppure su **Save** (Salva) per salvare il report in formato PDF in un percorso a scelta. Tutti i report sono automaticamente disponibili in CohortView e non è necessario salvarli manualmente. Fare clic sull'icona della stampante se si desidera stampare il rapporto.


Una volta finalizzate le decisioni, tutti gli embrioni selezionati per il trasferimento o contrassegnati come da evitare non saranno più visualizzati. Ora vengono visualizzati solo gli embrioni congelati e gli embrioni per i quali non è stata presa una decisione e la vista cambia automaticamente in **All** (Tutti). Se la paziente dispone di embrioni congelati da precedenti trattamenti, anche questi saranno visualizzati.

 iDAScore 


 Last Saved 03/12/2021 11:35

Patient


 Sophia Brown - 005 




 **First Name**
Sophia







Last Name
Brown













 **Date of Birth**
01/02/1990

Embryos








Make a Decision
  

Embryo  **Score**  **Fresh**  **All**  **Pronuclei**  **Decision** 

AA-3	7.5	<div><div></div></div>	  
AA-4	8.7	<div><div></div></div>	  
AB-5	7.4	<div><div></div></div>	  
AB-8	8.1	<div><div></div></div>	  

7 Simboli ed etichette

Etichetta	Descrizione	Nota
	Numero di riferimento	-
	Dichiarazione del produttore che il dispositivo soddisfa tutti i requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici	-
	Dispositivo medico	-
	Identificativo unico del dispositivo	-
	Nome e indirizzo del produttore	Vedere la sezione 9.

8 Smaltimento dei materiali di scarto

Per ridurre al minimo i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i materiali di scarto devono essere smaltiti in conformità alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849. Questi comprendono: PCB (HASL senza piombo), interruttori, batterie di PC, schede a circuito stampato e cavi elettrici esterni. Tutti i componenti sono conformi alla Direttiva RoHS 2 2011/65/UE, che richiede che i nuovi componenti elettrici ed elettronici non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurati.

9 Informazioni di contatto

Occorre assistenza urgente? Contattare il servizio di assistenza telefonico:

+45 7023 0500

(disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

E-mail assistenza: support.embryoscope@vitrolife.com

(risposta entro 2 giorni lavorativi)



Vitrolife A/S

Jens Juuls Vej 20

DK-8260 Viby J

Danimarca

Telefono: +45 7221 7900

Sito web: www.vitrolife.com



VITROLIFE A/S, DANIMARCA